

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО «Волжские коммунальные системы»  
 \_\_\_\_\_ О.Н. Маркелов  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на закупку услуг по калибровке и ремонту алкотестеров.**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>Сокращенное наименование :  <b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>          Полное наименование:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы»</b>          ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001          Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50          Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50          Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Автозаводском отделении №8213 г. Тольятти          Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ          БИК: 043601607          К /с: 30101810200000000607          Генеральный директор: Маркелов Олег Николаевич          Главный бухгалтер: Денисова Ирина Валентиновна          ОКПО: 67068036          ОКАТО: 36401368000          ОКВЭД: 41.00.2          ОГРН: 1106312008065</p>
2. Основание для проведения работ	Производственный план расходов на 2015 год
3. Наименование и местоположение объекта	<p>Медпункты для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров расположены:          Тупиковый пр.,3          ул. Коммунистическая 110,          б-р 50 лет Октября, 50</p>
4. Источник финансирования	тариф
5. Цель и значение работ	<p>Во исполнении ФЗ РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» и Письма Минздрава России от 21.08. 2003г № 2510/9468-03-02 по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.          Соблюдение качественной работы индикаторов паров алкоголя (алкотестеров) при проведении ежедневных</p>

	предрейсовых и послерейсовых медосмотров.
6. Режим работы производства	С 8.00 до 17.00
7. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	Исполнитель обязуется оказать услуги по калибровке и по необходимости ремонту индикаторов паров алкоголя «Алкотестер».
8. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки — заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Калибровка алкотестеров проводится один раз в два месяца на оборудовании, соответствующем ГОСТу.
9. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	По согласованию с заказчиком
10. Исходные данные для выполнения работ	Техническое задание
11. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующих норм и правил РФ
12. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Согласно действующих норм и правил РФ
13. Сроки оказания услуг (по основным этапам)	С 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
14. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акты о приемке выполненных работ
15. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	2 экземпляра

Заведующий амбулаторией



Н.Б. Угатьева

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник управления делами



А.А. Бирюков