


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ000568

Наименование МТР: **Лампа с полым катодом, Ве, некодированная, 1,5 дюйма (37мм), HCL-15U-Be для приборов Analytik Jena**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Технические характеристики: диаметр тип определяемый элемент Интенсивное излучение резонансных линий Узкая ширина линии для максимальной чувствительности и линейности Минимальные спектральные помехи Быстрое прогревание и стабильное долговременное излучение Низкий уровень шума	мм	37 (1.5 дюйма) 2-контактные лампы Ве
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Фасовка	шт.	1
2.2	Артикул HCL-15U-Be Артикул cross-reference P805 3QNY/BE L233-4NQ 942339020041 56-101224-00 14-386-104C 200-38422-04		
2.3	Паспорт, техническое описание	экз.	1
2.4	Производство		Германия

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	