



<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИА</b>
№ опросного листа:	<i>5</i>	Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 000067

Наименование МТР: **Реактив Нesslera, чда**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Реактив Нesslera		чда, хч
1.2	квалификация		ТУ 6-09-2089-77
1.3	нормативный документ		ОАО Уральский завод химических реактивов или аналог или аналог согласно приложенной копии
1.4	производитель		паспорта на реактив
1.4	срок годности со дня изготовления	36 месяцев	Оставшийся срок годности не менее 30 месяцев на дату поставки
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.2	Фасовка в стеклянные герметичные бутылки из тёмного стекла массой	1 кг или 0,5 кг	обязательное наличие паспорта с синей печатью
2.3	паспорт		

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	<i>В -</i>
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	

ПАСПОРТ № 569

**РЕАКТИВ НЕССЛЕРА, ЧДА**  
 $K_2HgJ_4 \cdot NaOH$  или  $K_2HgJ_4 \cdot KOH$

ТУ 6-09-2089-77

Код ОКП 26 3842 0122

Партия № 22  
Масса нетто 3 x 4,5

Дата изготовления 04.2017  
Вид и тип тары двух

**Показатели качества**

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ 6-09- 2089-77	Результаты анализа
1	Показатель цветности, не более	4	4
2	Чувствительность к иону $NH_4$	испытание по п.4.6	испытание выдерж.